令和８年１１月６日　久留米市物品発注表

※「理化学試験研究機器」の名簿登載者を主な資格とした入札です。詳細は「参加条件」参照のこと

入札番号	入札２６－１　　【郵便入札案件】
品名	遺伝子抽出装置
規格	仕様書のとおり（仕様書は契約課ホームページに掲載）
数量	１式
履行場所	指定場所　（仕様書に記載）
納期	指定日　　（仕様書に記載）
予定価格	非公開
最低制限価格	無
説明日時及び参集場所	無
質問書受付期間及び受付場所	⑴ 質疑の受付方法 指定様式『質問書』をファックスにて受け付け（様式は市ホームページからダウンロードしてください） ⑵ 質疑の受付期間 令和８年１１月６日（金）から令和８年１１月１３日（金）午後５時１５分まで ⑶ 質疑のファックス送信先 ＦＡＸ　０９４２－３０－９７１３　久留米市役所　総務部契約課 ⑷ 質疑の回答について 質問者にファックスで回答。ただし、質問内容によっては、本市ホームページ上に掲載することもあるので、注意すること。
開札日時及び場所	令和８年１１月２６日（木）１４時００分 久留米市庁舎１３階
入札保証金	久留米市契約事務規則第７条第３号の規定に基づき免除
契約保証金	必要（契約締結時に契約金額の１０％以上を付すこと）
契約条項を示す場所	総務部契約課（久留米市庁舎１３階）
支払条件	前払金（無）　部分払（無）
議会の議決	不要
参加条件	この競争入札に参加できる者は、入札書の提出期限において、次に掲げる要件を満たしているものとする。 ⑴ 久留米市物品供給業者有資格者名簿に、「理化学試験研究機器」で登録があること。 ⑵ 久留米市指名停止等措置要綱（平成６年久留米市庁達第６号）による指名停止措置を受けていないこと。
仕様書等の交付	仕様書等は、久留米市契約課ホームページからダウンロードすること。
入札書等の記載方法	入札の方法等については、次に掲げる事項に留意すること。 ⑴ 入札の方法は、総価入札とし、入札書記載金額は、仕様書に記載している一切の経費を含んだ総額であること。 ⑵ 入札書の金額は算用数字を用い、金額の前に必ず「￥」を記入し、消費税及び地方消費税の課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する金額から消費税地方消費税に相当する金額を減じた額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 ⑶ 入札書は指定する様式（様式第１号）を必ず使用し、代表者の住所及び氏名を記入し、登録印を押印すること。

	(4) 入札書等はボールペン（鉛筆やフリクションペンなど、消去可能な筆記具は不可）で記入すること。
郵便入札の方法	(1) 入札参加を希望する場合は、入札書（様式第１号）を、長形３号サイズの封筒に封入すること。 (2)　(1)の封筒を一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。 **締切日時 ： 令和８年１１月２４日（火）（必着）** **指定場所 ： 〒８３０－８５２０　久留米市城南町１５－３　久留米市役所総務部契約課** (3)　(1) の封筒には、表面に入札番号、品名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。
入札の辞退	入札書郵送後に辞退をする場合は、開札前までに久留米市総務部契約課に「入札辞退届」を提出すること。（様式は市のホームページからダウンロードしてください）
入札の無効	次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者が入札したとき。 (2) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。 (3) 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が判読できないとき。 (4) 入札書に記載された事項に誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。 (5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。 (6) 同一の入札者が２以上の入札をしたとき。 (7) 法令又は入札に関する条件に違反したとき
入札書の引換えの禁止	入札者は、その提出した入札書の引換えをすることができない。ただし、郵便入札については、入札書の提出締切前であれば入札書の引換えを認める。
１者入札の取扱い	入札者が１者であった場合においてもその入札は有効とする。
落札者の決定	開札を行った結果は、次に掲げるとおり決定する。 (1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。ただし、その者が複数となった場合には、くじにより落札者を決定する。 (2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がなく落札者がいない場合は、再度の郵便入札を行うことができるものとする。ただし、再度の入札で落札しない場合は入札不調とする。
入札結果等の公表	この入札の結果は、落札者の決定後に久留米市役所契約課において閲覧に供し、本市公式ホームページに掲載することとする。
契約書の作成及び締結	落札者は、交付された契約書案を熟読のうえ必要事項を記載、記名押印し、落札者決定の日の翌日から６日以内に、これを提出しなければならない。
開札の立会い	(1) 開札の立ち会いをしようとする者は、開札時間までに開札場所に参集すること。 (2) 入札参加者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせる。
その他	(1) 入札参加者は、関係法令、この公告及び仕様書等に十分留意のうえ、入札すること。 (2) 入札した者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。 (3) その他必要事項は、地方自治法、久留米市契約事務規則及びその他関係法令の規定するところによる。

【物品購入等に係る条件付き一般競争入札関係書類】

◆入札２６－１　遺伝子抽出装置

１．　入札書(様式第１号)

(注)

１.「入札辞退届」「質問書」「同等品確認申請書」は市ホームページからダウンロードしてください。

【久留米市トップページ ＞創業・産業・ビジネス ＞入札契約情報 ＞入札・見積情報（物品）＞競争入札（見積り）等の様式一覧（物品)】

２．申込者が使用する印鑑は、入札・契約に係る提出書類すべてに同じものを使用してください。(契約課登録印を使用のこと。)

【連絡先】　久留米市役所総務部契約課（市役所１３階）
物品チーム
ＴＥＬ　０９４２－３０－９１７２
ＦＡＸ　０９４２－３０－９７１３

（様式第１号）

入札２６－１

入　札　書

久留米市長　様

入札金額	拾億	億	千万	百万	拾万	万	千	百	拾	円

No.	品名	規格	数量	金額
1	遺伝子抽出装置	仕様書のとおり	１式	

履行期間	令和９年２月２６日まで	納入場所	指定場所

久留米市契約事務規則及び仕様書その他関係書類を承諾の上、上記のとおり入札します。

令和８年１１月２６日

所在地

商号（名称）

代表者職氏名　　印

注）１．金額欄には、見積った契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を減じた金額を記載してください。

２．ペン又はボールペンで書いてください。

３．金額の数字はアラビア数字（１、２、３等）を用い、その頭部に¥を記入してください。

４．訂正箇所に訂正印がないときは無効となります。また、金額部分は訂正できませんので、再度作成し直してください。

遺伝子抽出装置　仕様書

品名　遺伝子抽出装置

【商品】　QIAcube Connect System FUL-1(QIAGEN)　Cat.No 9003077（同等品不可）

なお、装置本体、設置・基本取扱説明、製品保証（１年間）および製品点検（保証期間内に１回）を含むものとする。

使用目的

食中毒検査および３類感染症検査において、糞便等の検体および培養物中から DNA や RNA を抽出することを目的とする。

数量　一式

仕様

遺伝子抽出装置

- 汎用実験台に設置することから卓上型であること。
- 電源は AC100V、50/60Hz、15A で使用可能であること。
- QIAamp viral RNA mini kit(QIAGEN)を用いた RNA 抽出・精製の一連の工程を自動で行えること。
- サンプル処理数が１２検体/回以上であること。
- クロスコンタミネーション防止・機器メンテナンスを容易にするため、使い捨て容器等を使用し、装置本体とサンプル・試薬の接触がないこと。
- 内蔵型ＵＶライトによる除染機能を有していること。
- タッチパネルによる操作ができること。
- 機器の使用前に試薬や消耗品が正しくセットされているか自動で検証できること。
- 作業履歴がデジタル管理できること。

搬入、据付および調整等

- 搬入、据付および調整の際には納入業者が立ち合い、調整に要する機材は納入業者の責任において用意すること。
- 納入の際には施設に損傷を与えないよう十分な注意を払い、万が一、施設、設備等に損傷を与えた場合は、納入業者の責任において現状に復すること。
- 据付け、調整が完了した後、標準試薬等により当該機器が正規の能力を有することを確認すること。そのために必要な試薬等消耗品及び機材等については納入業者の責任の下に用意すること。
- 搬入及び調整終了後に不必要となった梱包材等については、納入業者が速やかに撤収し、適切に処分すること。

その他

- 本システムの機器の説明、使用方法、点検方法を記した日本語のマニュアルを紙媒体で提出すること。
- 本システムの操作及び保守管理についての説明及び技術指導を行うこと。期日については担当者と協議の上決定すること。

保証

本装置の保証期間は納品後１年間とし、通常の使用により保証期間中に生じた故障及び不具合については原因調査、修理を無償で行うこと。

納品場所

久留米市衛生検査センター（久留米市城島町楢津 743 番地２　城島総合支所 4 階）

※エレベーター有

納品期日

令和９年２月２６日まで（担当者と協議の上決定し、計画的に行うこと）

担当課

保健所衛生対策課

久留米市衛生検査センター　担当：古賀

TEL：0942－62－1810