

# 質 問 回 答 書

業務名：浄化センター放流水等検査業務委託

番号	質 問	回 答
1	脱水汚泥（成分）の水銀分析において、加熱気化原子吸光法は認めていただけないでしょうか。この方法は劇物試薬を使用しないため安全性が高く環境負荷が低いです。また、定量下限0.2mg/kgにも対応しており、簡便かつ迅速に分析する方法として有効であると考えます。	本業務委託における脱水汚泥（成分）試験は、肥料の品質の確保等に関する法律の普通肥料（下水汚泥）の公定規格に対する実態把握を目的に行っているため、仕様書のとおり、肥料等試験法（最新版）以外の分析法は認めておりません。